

# Можно ли делать МРТ с имплантами Джонсон и Джонсон (стен­ты, кава­филь­тры)

Часто пациенты обращаются с вопро­сами о возможности проведения маг­нитно-резонансной томографии, если установлен стент или кава-фильтр. Бывают случаи, что даже наличие справки не спасает, и в МРТ таким людям отказывают. В таких случаях, я рекомендую взять справку и сходить в другой МРТ центр. Есть центры с опытом проведения МРТ при наличии стентов и они не боятся этого предмета в организме.

Почему так, он же металличе­ский? Существует два типа метал­лов. Ферромагнетики (например железо) и не ферромагнетики. Ферромагнетики примагничиваются магнитом и как раз взаимодействуют с МРТ. Другие сплавы не магнитятся магнитом и не являются противопоказанием к МРТ. Обычно из них делают стенты.

Официальные письма компании Johnson & Johnson о совместимости их имплантов с МРТ

Совместимость кава-фильтра Trapease с МРТ (pdf)

Совместимость стента Precise с МРТ (pdf)

Совместимость стента SMART с МРТ (pdf)

Совместимость стента PALMAZ с МРТ (pdf)

Совместимость стента PALMAZ GENESIS с МРТ (pdf)

Совместимость стента PALMAZ BLUE с МРТ (pdf)

Совместимость кава-фильтра Optease с МРТ (pdf)

**Внимание! Вышеизложенный совет относится только к перечисленным выше устройствам.**

**Автор публикации не несет ответственность за возможные риски МРТ при проведении МРТ исследования, так как не осматривал конкретного пациента и не является производителем этих имплантов.**

Письма любезно предоставлены компанией Джонсон и Джонсон. По всем вопросам обращайтесь к компании производителю.